

類別：(32853000) 器39 医療用鉗子 一般的の名称：手術用骨鉗子 【クラス I 一般医療機器】

販売名：TM副鼻腔用彫骨器

[個別の商品名は包装表示ラベル等でご確認下さい]

【警告】

- 彫骨器は使用時、先端部位に強大な力が掛かる器機です。使用前と使用後（場合によっては使用中）に先端嘴部分とその周辺に小さなひび等が入っていないかを良く点検して下さい。異常があった場合、使用を止めてください。(使用中の破損と、破損部の体内への落下の危険性があります)
- この製品は対人処置手術用医療機器です。使用する人は十分注意を払い、正しい使用目的においてのみお使い下さい。使用方法を誤りますと人体に被害あるいは人命に関わる事があります。鋭利な部分でケガ等をしない様に取扱いや持運びには十分ご注意下さい。
- 初回使用前には油抜きのため中性洗剤で良く洗ってすぎ乾燥して下さい。それにより以後良い状態が長持ちします。

【禁忌禁止】

- ・強酸性、強アルカリ性、塩素系の各溶液への浸漬。
- ・水分を付けた状態での放置（錆の発生）。
- ・医療機器修理業者以外による修理。
- ・改造。

【形状・構造及び原理】

- ・形状=単関節型鉗子形状。
- ・構造原理=手動握力を一つの関節により梃子原理で增幅し鉗子軸を経由して嘴面に伝達する
- ・原材料=Sテンレス（主としてSUS420J2等のマルテンサイト系；硬質だが鉄鋼比率が高いため錆が発生する事があります）。

【使用目的、効能又は効果】

- ・先端嘴面一対を作用部とし処置手術対象領域（鼻腔、副鼻腔）の身体組織（主として骨組織）を、破碎、鉗除するために用いる。止血器は鉗除後の骨端部を挟み圧迫して潰し止血する。

【操作方法又は使用方法等】

- ・手動にて柄を開閉する事で先端作用部分を連動開閉させる。

【滅菌方法】

- ・本製品は未滅菌なので使用前に洗浄、滅菌すること。
- ・初回使用前の洗浄は器械表面や関節に付着している保護油成分や残留粒子等を落とすために中性洗剤とスポンジやブラシを用い作動部位を動かす等して各関節内部まで意識的に良く洗浄すること。すすぎは十分に行い自然乾燥させる（不動態皮膜生成の為）。

(※不動態皮膜とは金属表面を腐食し難くする酸化膜です)

- ・使用後は中性洗剤とスポンジで水洗浄を行い、肉片、血液、粘液等をほとんど洗い流す。次に超音波洗浄器があればそれにかける。ただし刃部がある物は他の器械に接触していると超音波振動で擦れて痛むのでカゴ等に入れて保護すること。
- ・オートクレーブ（高圧蒸気）、プラズマ滅菌、EOGガス滅菌が可能。オートクレーブは132度、2気圧、10分間程度が目安。脱塩素水の使用および、滅菌バッグを推奨。滅菌工程に際しては先端等の作用部位を開放して十分な滅菌効果が得られるようすること。
- ・強酸性水、強アルカリ性水、次亜塩素酸ナトリウム系の消毒液（ミルトン、ピューラックス等）、塩化物イオン含有の水溶液との接触は、製品に変色（黒化）、腐食（錆）が発生する事がある。その場合、機能的な障害が無ければそのまま使用可能。それらの水溶液を用いる場合は長時間の浸漬は避け、揚水後すぐに水で洗い流すこと。
- ・ベンザルコニウム塩化物系の消毒液（逆性石鹼、オスバン、ウェルパス等）は鋼材に錆を誘発する事があるので使用を避けて下さい。
- ・腐食（錆）防止の為、滅菌工程における水性潤滑防錆保守剤「ミルクテックS」等の使用を推奨します。

【使用上の注意】

- ・再使用可。
- ・使用する際、抗力により製品が破損するほどの入力を避けること。同様に人体への不要の創傷に注意すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間（有効期限）等】

- ・滅菌後は速やかに紫外線保管庫などの無菌空間に移しかえ保管する。滅菌バッグ包装の場合はそのまま清潔安全な場所に保管する。
- ・鋼製機器類は表面上劣化がなくても金属疲労等によりミクロな損傷は進行します。あまりに長期間の稼働は使用中の突然の破損等、不意な事故もあります。4年間使用を目処に買い替えを推奨します。

【取扱い上の注意（保管および輸送、受渡時）】

- ・湿気、埃、物理的衝撃を避けること。積重ねによる変形に注意。

【保守、点検に係る事項】

- ・使用前、洗浄後に劣化や破損等がないかを点検し、もし異常を発見したらその製品は使用を止めること。必要に応じて医療機器修理業者に修理を依頼するか廃棄して下さい。
- ・使用中に違和感を感じたら破損の兆兆と捉え留意すること。

【免責事項】

- ・この製品の使用により生じた、いかなる損害損失にも当社は補償等をいたしません。

【個別製品に関するその他の情報】

- ・当社WEBサイトの<カタログ>ページにてご覧ください。
www.tm-matsui.com

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- 株式会社テーエム松井（発売元および問合せ先）
〒113-0034 東京都文京区湯島3-4-13 TEL 03-3831-3287
info@tm-matsui.com