


手術

外来


▼原寸大

先端の図は原寸大

●「10元」と「20元切込」の違い



●ユニット以外で使う場合（吸引器につなぐ時）



※ 吸引管の元にエリコンチューブを5cm位被せてネラトンツナギで吸引器のホースと中継します。そうすると抜差しがやりやすくなります。

